

3. Uitgevoerde verrichtingen

- Technische controle voorafgaand aan de kalibratie:
 - Controle van de afwezigheid van besmetting;
 - Visuele controle van de goede werking;
 - Vervanging van de 9V batterijen (Gammacom);
 - Controle van de geheugenbatterijen en vervanging indien nodig.
- Kalibratie uitgevoerd door een erkende instelling (SCK/CEN MOL). De erkende instelling controleert eveneens de werking van het pre-alarm en het alarm.

4. Transport

De hulpdiensten zorgen voor het vervoer van de dosimeters naar de firma die belast is met het onderhoud.

Na akkoord met de firma, kunnen de dosimeters gebracht worden naar:

- hetzij het hoofdadres van de firma in Beringen (voormeld adres)
- hetzij het bijkomend adres in 4987 Chevron – Neuf Moulin, 20.

De firma is belast met de verzending van de dosimeters naar de desbetreffende hulpdiensten.

C. HERSTELLINGEN

De herstellingen of vervangingen van onderdelen gebeuren op basis van een prijsofferte.

De herstellingen waarvan het bedrag 200€ per toestel overschrijdt, kalibratie inbegrepen, worden niet uitgevoerd. Er wordt voorgesteld om het toestel te declasseren.

1. Bedragen

- Uurloon van de technicus: 89,85 € excl. BTW – 108,72 € incl. BTW.
- Geheugenbatterij: 4,13 € excl. BTW /stuk.
